



校正証明書

依頼者	JSB TECH PTE. LTD.
住所	100 Pasir Panjang Road #06-02, 100 Pasir Panjang, Singapore 118518
品名	デジタルレベル (角度計)
数量	1 個
型式又は性能	DWL-1500XY
製造番号	11A21724
製造者	JSB TECH PTE. LTD.
校正項目	角度
校正方法	JQA 校正要領書による (文書番号 E314495)
環境条件	温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $55\% \pm 5\%$
校正年月日	2017 年 9 月 1 日

校正結果は次頁以降のとおりであることを証明します。

2017 年 9 月 5 日

東京都八王子市南大沢四丁目4番地4
一般財団法人 日本品質保証機構
計量計測センター

所長 小林 善男



この証明書は、国内または海外の国家標準にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。
書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。
日本品質保証機構 計量計測センターは、A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) によって ISO/IEC 17025-2005 に基づく校正機関として認定されています。

校正結果

(標準温度 20℃)

最小表示量 : 0.001°

・2 軸モード横 (X)

設定角度	指 示 値	
	左上がり	右上がり
0.200°	0.200°	0.200°
0.500°	0.501°	0.500°
1.000°	1.000°	1.001°
1.500°	1.501°	1.502°

・2 軸モード縦 (Y)

設定角度	指 示 値	
	手前上がり	奥上がり
0.200°	0.201°	0.200°
0.500°	0.501°	0.501°
1.000°	1.002°	1.002°
1.500°	1.502°	1.502°

校正の不確かさ

$$U=0.020^{\circ}$$

校正の不確かさは拡張不確かさであり、包含係数 $k=2$ で決定され、約 95%の信頼の水準をもつと推定される区間を定める。

使用した常用参照標準器等

(品名)	(製造者名)	(型式又は性能)	(識別番号)
ロータリエンコーダ	ハイデンハイン	RON-905	G4-31-03-032

特記事項 校正品の受理後、ゼロ調整を除き修理及び調整を行わず校正を実施した。

以 上